



Relatório de Ensaio: RE0240.0011.16

Atividade Enzimática Amilolítica.



Patrocinador: PROFILÁTICA PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALARES LTDA
Endereço: Rua José Cheinfert – 315 – Barigui – Araucária/PR – CEP: 83707-690

Fabricante:

Endereço:

Dados da amostra:

Substância teste: ENZILUX

Lote: 43016EC010P

Quantidade recebida da amostra: 1086 g

Data de Fabricação: 07/2016

Data de Validade: 07/2018

Composição declarada (patrocinador) (cópia digitalizada do documento original enviado pelo cliente):

CONFIDENCIAL

Código Bioagri: SAN-0980/16

Proposta: 05288/16

Data de recebimento: 12/08/2016

Data do início do teste: 31/08/2016

Data do término do teste: 06/09/2016

Conclusão do Relatório: 14/09/2016

Metodologia utilizada: RDC nº 55 de 14 de Novembro de 2012.

Resultados Analíticos

*Atividade Amilolítica: $0,034 \pm 0,00053 \text{ UA.mL}^{-1}.\text{min}^{-1}$ – Presença de Atividade Enzimática**

**Análise realizada de acordo com a RDC nº 55 de 14 de Novembro de 2012.

*Análise realizada na amostra preparada conforme diluição de uso informada: 2 mL/L

Notas:

Este Relatório refere-se somente à amostra analisada, não sendo extensivo a outros lotes e/ou produtos.

Este Relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Plano de amostragem não realizada pela Bioagri.

Os documentos e registros gerados neste ensaio serão mantidos no(s) arquivo(s) da Bioagri Laboratórios Ltda por um período de seis (6) anos.

Livia M. Peruchi, Dra. (CRQ-IV Região nº 04267090)
Responsável Técnica